

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici invitati

Estremi della gara:

Oggetto: Affidamento Diretto art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 MePA - Rda 50579 - Iniz. n. 078/2021 - SMART CIG Z5C329F5D1- Oggetto: Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria per n. 5 defibrillatori installati presso la sede di Sogei

Risposta alla richiesta di chiarimento:

Domanda

Con la presente sono a richiedere un chiarimento circa il defibrillatore SAVER ONE.

Per formulare al meglio l'offerta, avrei bisogno di qualche riferimento in più circa il modello, eventualmente anche tramite foto del defibrillatore fronte e retro

Risposta

Si precisa che il Defibrillatore Saver One corrisponde al modello base "Classic" – codice SVO-B0918. Le immagini si possono trovare al seguente link: <https://www.amiitalia.com/it/prodotto/saver-one-semi-automatico/>. Si allegano le foto.

Firma del responsabile approvazione
Divisione Sourcing Operation
(Ing. Mario Laurenti)