



**Consip S.p.A.**

**“Servizio di taratura di un luminanzometro”**

***CAPITOLATO TECNICO***

***SERVIZIO DI TARATURA DI UN LUMINANZOMETRO***



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....</b>	<b>3</b>
3.1	Luogo di svolgimento .....	3
3.2	Modalità di comunicazione .....	3
3.3	Modalità di consuntivazione/fatturazione. ....	4



## **1   PREMESSA**

Consip S.p.A. dispone di un luminanzometro, utilizzato per valutare la luminanza (espressa come  $\text{cd/m}^2$ ) dei monitor di pc portatili oggetto di bandi di gara specifici.

Tale strumento necessita di taratura periodica, al fine di garantire il livello di affidabilità delle misure realizzate con il suddetto strumento.

## **2   OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio richiesto nel presente capitolato riguarda pertanto l'effettuazione della taratura di un luminanzometro costruito dalla ditta Delta Ohm S.r.l., modello HD2302.0 (corpo strumento) + LP 471 LUM2 (sonda di rilevazione del misurando).

È richiesta la taratura effettuata sotto accreditamento rilasciato da Organismo di Accreditamento di cui al Reg. (CE) n. 765/2008 (Accredia per l'Italia).

Il campo di misurazione per il quale si chiede l'effettuazione della taratura è per valori di luminanza tra 1 e 500  $\text{cd/m}^2$ .

A taratura avvenuta si chiede il rilascio di apposito certificato di taratura, emesso ai sensi della norma di riferimento ISO/IEC 17025:2005.

## **3   MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

### **3.1   LUOGO DI SVOLGIMENTO**

La taratura deve essere effettuata presso il laboratorio accreditato di taratura (LAT); le spese di spedizione dello strumento sono a carico del fornitore, al netto della consegna dello strumento alla sede commerciale del fornitore e del suo ritiro in seguito all'avvenuta taratura.

### **3.2   MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società aggiudicataria si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un numero di telefono e /o un sito Web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa al servizio.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società aggiudicataria dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a CONSIP eventuali modifiche.



**Consip S.p.A.**

**“Servizio di taratura di un luminanzometro”**

### **3.3 MODALITÀ DI CONSUNTIVAZIONE/FATTURAZIONE.**

La fatturazione sarà “a corpo” alla consegna quindi di tutta la documentazione prevista e dopo approvazione degli output da parte del responsabile di contratto di CONSIP.