Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

Estremi della gara:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per il "Servizio di noleggio di n. 1 workstation di refertazione multivendor dedicata alla Mammografia digitale con tomosintesi e relativo software di refertazione/valutazione per lo svolgimento delle attività della commissione giudicatrice della gara "AQ Mammografi con tomosintesi 2". Smart CIG Z941B75739.

Domanda 1:

Si richiede conferma del fatto che sia accettabile che, usando immagini di vendor non esplicitamente inclusi nella lista di compatibilità, la workstation non sia "adeguata ad uso clinico". Non è infatti possibile garantire l'adeguatezza ad uso clinico in assenza di test estensivi e svolti in maniera indipendente con ampi dataset, e che quindi permettano alle immagini di un dato vendor di essere incluso nella lista di compatibilità.

Risposta 1:

Si precisa che la workstation multivendor dovrà essere compatibile con le bioimmagini (sia mammografie digitali 2D sia mammografie digitali con tomosintesi) di tutti i vendor presenti sul mercato in quanto potenziali partecipanti alla successiva gara.

Domanda 2:

Si richiede conferma che la generazione di documento/referto pdf contenente il commento degli utilizzatori, non modificabile dall'utente, esportabile unicamente dal tecnico della [Nome della Ditta] (che li trasferirà alla presenza di CONSIP su supporto non riscrivibile - es.CD/DVD corredato di "impronta" MD5 dei file consegnati) sia ritenuto sufficiente ai fini della

Risposta 2:

Si conferma che per la procedura in oggetto, si richiede che la Workstation offra la possibilità di inserire un commento, ovvero un testo libero, per set di immagini configurabile dall'utilizzatore.

Domanda 3:

Si richiede conferma che un processo di questo tipo è ritenuto accettabile:

1. il radiologo accede con user e password personali
2. il radiologo apre ogni set di immagini e scrive i suoi commenti
3. il radiologo preme un tasto di conferma salvando i commenti in modo storicizzato (ovvero - i commenti sono ancora modificabili, ma ad ogni pressione del tasto di conferma viene eseguito un salvataggio delle modifiche conservando i precedenti commenti)

1. NB la workstation non permette al radiologo la modifica dei file storicizzati salvati, che sono accessibili solo al tecnico [della Ditta]
2. NB la workstation non permette al radiologo di cancellare un file storicizzato salvato
3. NB la workstation non permette al radiologo di accedere a file di altri radiologi
4. al termine delle operazioni il radiologo chiama il tecnico [della Ditta]
5. il tecnico [della Ditta] esegue una esportazione dei dati salvati dal radiologo (anche alla presenza di terzi), e li consegna su supporto ottico completo di "impronta" dei

Risposta 3:

Si conferma che un processo di questo tipo può essere ritenuto accettabile, ad eccezione del punto 3 dal momento che i file dovranno essere resi accessibili. Per quanto riguarda il punto 5, il tecnico della Ditta dovrà esportare i dati e consegnarli ai soggetti che saranno identificati successivamente nella pertinente documentazione di gara.

Domanda 4:

Si richiede conferma, ai fini di poter garantire assistenza da remoto, che la workstation potrà usufruire di connettività di rete a banda larga (tipo ADSL commerciale) e, come ulteriore backup, che sarà possibile la possibilità di collegamento a rete telefonica dati (ovvero, ad esempio, che le prove non si tengano in locali sotterranei).

Risposta 4:

Si conferma la possibilità di usufruire di connettività di rete a banda larga (tipo ADSL commerciale). Non è possibile garantire il collegamento a rete telefonica dati.

Domanda 5:

Si richiede conferma che non è prevista in fase di valutazione delle immagini la comparazione simultanea di immagini di pazienti con patient Id differente (questa funzionalità non è infatti disponibile come descritta: è possibile però preparare in anticipo le immagini, modificandole per effettuare questo tipo di comparazione).

Risposta 5:

Si conferma.

Firma del responsabile approvazione

Gaetano Santucci

Vale la data della firma digitale del documento